

**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен  
медициналық бұйымдарды сатып алу туралы  
№14 ХАБАРЛАНДЫРУ**

**Қостанай қ.**

**22.04.2021ж.**

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.05.2019 жылғы №347 Қаулысына сәйкес келесі атаулар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

| Лот № | Атауы<br>Техникалық сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Өлш. бір. | Сатып алу көлемі | Бағасы теңге | Сома, теңге |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 1     | АИТВ ½ антиденелерін анықтауға арналған экспресс-тест (сілекей бойынша). Қызыл иек сұйықтығы (сілекей) пайдаланылатын АИТВ-ға экспресс-тест, 1 және 2 типті адамның иммун тапшылығы вирусына антиденелерді сапалы анықтауға арналған. Анықталатын көрсеткіш: Бір тест-жолақта: АИТВ-1, АИТВ-2 және О тобының АИТВ-1 антиденелер; Жинақта бір рет қолданылатын тест –құрылғының, консервант пен ерітіндісі бар құтының, көп рет қолданылатын планшеттің және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың бар болуы. Тест өткізу уақыты, 20 минуттан аспайды; Сезімталдық, кемінде 99,4%; Ерекшелігі, 99,6 кем емес%. ДДСҰ-ның біліктілігінің болуы. Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарды тіркеудің болуы. | дана      | 73               | 3000         | 219 000     |
| 2     | Муколитигі бар тасымалдаушы орта (МТО). Қырып алынған материалды және урогенитальды трактың, ауыз қуысының, тік ішектің шырышты қабығын, сондай-ақ адамның шырышты қабаттары мен терісінің эрозиялық-ойық жара элементтерін тасымалдауға және сақтауға арналған тасымалдау ортасы. Көп шырышы бар үлгілерге арналған. Құрамында консервант, тұрақтандырғыш және муколитик бар. 100 пробирканы 0,5 мл-ден өлшеп-орау. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.                                                                                                                                                                                                                                      | жин.      | 10               | 30 000       | 300 000     |
| 3     | ДНҚ-сорб-АМ. Клиникалық материалдан (жағындылар, қырындылар, несеп) ДНҚ-ны бөлуге арналған реагенттер жиынтығы. ЖЖБИ қоздырғыштарын анықтауға арналған ІБҮ және ТБҮ бар. Тест саны 100-ден кем емес. Қалдықты жарамдылық мерзімі 7 айдан кем емес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | жин.      | 10               | 40 000       | 400 000     |
| 4     | Креатинин (1x100 мл). Әдіс Яффе реакциясына негізделген. Креатинин сілтілі ортада пикрин қышқылымен боялған комплексті құрайды. Креатинин концентрациясы фотометриялық өлшенеді. Жинақтың құрамы: №1 реагент-пикрин қышқылы, №2 реагент- ащы натрий, №3 реагент – калибратор, №4 реагент -трихлоруксус қышқылы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | жин.      | 6                | 3 920        | 23 520      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|---------|
| 5  | <p>Триглицеридтер ( 2x50 мл). 1.Триглицеридтер - липаза <math>\rightarrow</math> глицерин + майлы қышқылдар; 2. Глицерин + АТФ - глицерокиназа <math>\rightarrow</math> глицерил-3-фосфат + АДФ; 3. Глицерил-3-фосфат + <math>O_2</math> - ГФО <math>\rightarrow</math> диоксиацетон фосфат + <math>2H_2O_2</math>; 4. <math>2H_2O_2</math> + 4-ААР + 4-хлорфенол-пероксидаза <math>\rightarrow</math> хинонимин + 4 <math>H_2O</math> Фотометриялық анықталатын хинониминнің концентрациясы сынамадағы триглицеридтердің концентрациясына пропорционалды. Жинақтың құрамы: №1 реагент – буфер, рН 7,5. №2 реагент – лиофилизат. №3 реагент – калибратор</p> | жин. | 10 | 12 280 | 122 800 |
| 6  | <p>Холестерин (2*250 мл). Холестерин эфирлерінің гидролизі кезінде холестеролэстеразамен еркін холестерин пайда болады. Сынамада пайда болған және бар холестерин сутегі тотығының эквиволярлы мөлшерінің пайда болуымен холестеролоксидаза әсерімен ауа оттегімен тотығады. Пероксидаза (POD) әсерімен сутегі тотығы боялған өнімнің пайда болуымен хромогенді субстраттарды тотықтырады. Бояудың қарқындылығы сынамадағы холестерин концентрациясына пропорционалды. Жинақтың құрамы: №1 реагент –буфер, рН 7,3, №2 реагент – лиофилизат.</p>                                                                                                              | жин. | 10 | 16 400 | 164 000 |
| 7  | <p>HDL-Холестерин – (2*50 мл). Хиломикрондар, тығыздығы өте төмен липопротеидтер (VLDL) және тығыздығы төмен липопротеидтер (LDL) үлгіге фосфор-фрам қышқылы және Mg+қосылған кезде шөгеді. Центрифугалаудан кейін супернатантта тек HDL ғана қалады, олардың концентрациясы жалпы холестерин концентрациясы сияқты анықталады. Жинақтың құрамы: №1 реагент – тұндырғыш реагент, №2 реагент – калибратор.</p>                                                                                                                                                                                                                                                | жин. | 5  | 7 500  | 37 500  |
| 8  | <p>Сілтілі Фосфатаза (200 анықтаулар). п-нитрофенилфосфат + су <math>\rightarrow</math> п-нитрофенол + фосфат. уақыт бірлігінде пайда болған саны п-нитрофенол ферменттің белсенділігіне пропорционалды және үлгінің оптикалық тығыздығы бойынша анықталады. Жинақтың құрамы: №1 реагент - буфер, рН 10,4, №2 реагент – ащы натрий, №3 реагент - п-нитрофенилфосфат, №4 реагент – калибратор.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | жин. | 10 | 8 900  | 89 000  |
| 9  | <p>Несепнәр (400 анықтаулар). Диацетилмонооксими бар несепнәр қышқыл ортада тиосемикарбазид пен үш валентті темірдің қатысуымен боялған кешенді құрайды. Бояудың қарқындылығы сынамадағы несепнәр концентрациясына пропорционалды. Жинақтың құрамы: №1 реагент – диацетилмонооксим ерітіндісі, №2 реагент – күкірт қышқылының ерітіндісі, №3 реагент – ерітінді, №4 реагент – хлорлы темір, №5 реагент – калибратор.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | жин. | 10 | 5 400  | 54 000  |
| 10 | <p>Калий ( 2x50 мл). Реакциялық қоспаға енгізілген калий иондары тұрақты суспензияны құрайды. Суспензияның лайлануы калий иондарының концентрациясына пропорционалды. Жинақтың құрамы: №1 реагент – монореагент, №2 реагент – калибратор.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | жин. | 15 | 19 200 | 288 000 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |       |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------|
| 11 | Глюкоза (1x100 мл). 1. глюкоза + атф- <sup>гексокиназа</sup> → глюкоза-6-фосфат + адф; 2. глюкоза-6-фосфат + над- <sup>г6ф-дг</sup> → глюконат-6-фосфат + надн + н <sup>+</sup> Адсорбция шамасы сынамадағы глюкоза концентрациясына пропорционалды. Жинақтың құрамы: №1 реагент – буфер, рн 7.8, №2 реагент – лиофилизат, №3 реагент – калибратор. | жин. | 40 | 5 600 | 224 000 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------|

**Жеткізу орны:** Индекс 110000. Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй «Қостанай облыстық ЖИТС алдын ату және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК

**Жеткізу мерзімі:** шартқа қол қойған сәтінен бастап күнтізбелік 30 күн.

**Жеткізу шарты:** DDP

**Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын ұсырудың соңғы мерзімі:** Индекс 110000, Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй бухгалтерия кабинеті, **2021 жыл 30 сәуір 10 сағ.00 мин.** дейін

**Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны:** 2021 жылы 30 сәуір 10 сағ. 30 мин. мына мекенжай бойынша: Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй бас дәрігердің кабинеті.

Әр әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсырудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.


Бас дәрігер



М.С. Кузембаев

Келісілді:

Бас бухгалтер



И.Е.Валиева

Диагностикалық зертхана меңгерушісінің м. а.



Т.Т. Қойшыманов