

**Баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен
медициналық бұйымдарды сатып алу туралы
№18 ХАБАРЛАНДЫРУ**



Қостанай қ.

18.05.2021ж.

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.05.2019 жылғы №347 Қаулысына сәйкес келесі атаулар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілмен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

Лот №	Атауы Техникалық сипаттамасы	Өлш. бір.	Сатып алу көлемі	Сомма, теңге
1	Бидистиллятор. Дистилденген және бидистилляцияланған суды өндіру. Дистиллятты олардың қатысуымен екінші рет айдау үшін дистилляцияның 2-ші сатысының булану камерасына реагенттер қосу мүмкіндігі. Корпус және негізгі бөлшектер AISI 321/AISI 304 тот баспайтын болаттан жасалған. Орындау-тот баспайтын болаттан жасалған моноблок үстел үсті орналасуына және қабырғаға бекіту мүмкіндігіне арналған реттелетін тіректермен. Пайдаланушы персоналды жылу күйіктерінен және жабдықтың жұмыс істейтін элементтерімен жанасудан қорғайтын тот баспайтын болаттан жасалған қорғаныс панельдері. Кіріктірілген басқару блогы. Қақ түзілуін көзбен шолып бақылауға арналған конденсация камераларының жиналмалы конструкциясы, шөгінділерден қарапайым тазарту, қызмет көрсету және жөндеу ыңғайлылығы. Температурасы 40 °C аспайтын бидистиллят алуға арналған кіріктірілген салқындатқыш. Жеткізу жиынтығы: қосалқы ТЭН, сұйықтық деңгейінің датчигінің қосалқы электроды, суды жеткізуге және дистиллят пен бидистиллятты жинауға арналған шлангілер, жалғағыш қамыттар. Қызмет мерзімі-кемінде 8 жыл. кепілдік мерзімі - 12 ай, бас тартуға арналған жұмыс - кемінде 3500 сағат. 1 литр бидистиллят алу үшін судың нақты шығыны - 22 литр. Өндірілетін судың сапасы талаптарға сәйкес келеді: - МЕМСТ 6709-72 «Дистилденген су»-мақалалар ФС 42-2620-97 ГФ XI басылым «Инъекцияға арналған су». Электрөткізгіштік: - бидистилденген су 1,0-1,2 мкСм/см. - дистилденген су 5,0 мкСм/см артық емес. Өнімділігі (бидистиллят), л/сағ: 2,0 (-10%). Өнімділігі (дистиллят), л/сағ: 2,6 (-10%). Кернеу, В: 220. Тұтынылатын қуат (бидистилляция), кВт: 3,3. Тұтынатын қуаты (дистилляция), кВт: 2,0. Салқындатуға арналған су шығыны* (бидистилляция), л/сағ: 44. Салқындатуға арналған су шығыны * (дистилляция), л/сағ: 20.	дана	1	423 859,00
2	Зертханалық центрифуга. Ротордың айналу жылдамдығы 100-ден 3500 айн/мин. Пайдаланылатын роторлардың саны үшін - 4 ротор. Максималды центрифугалық күш 2300 ОЦУ. Айналу жылдамдығын қолдау дәлдігі ±0,5%. Таймердің	дана	1	879 840,00

	диапазоны 1-99 мин. Қондырғының дискреттілігі: ротордың айналу жылдамдығы: 100 айн/мин, центрифугалық күш:100 ОЦУ, таймер:1мин. Тежеу дәрежелерінің саны 6 дана. 1м қашықтықтағы шу деңгейі 55 дБ(а) артық емес. Жұмыс температурасының диапазоны +10-нан 40°С-қа дейін. Түтіктердің рұқсат етілген жалпы теңгерімсіздігі 5 г аспайды. Қоршаған ортаның рұқсат етілген ылғалдылығы 80% құрайды. 220V, 50-60Гz желісінен қуат. Рұқсат етілген кернеу диапазоны 100-240 В. Максималды қуат тұтыну 250 Вт. Құрылғының габариттік өлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі) 430x410x220мм. Адаптерлер саны 12. Түтіктердің максималды көлемі 12 мл. Максималды пробиркалардың мөлшері 115 х 16.8 мм. Центрифугалаудың максималды жылдамдығы 3500 айн/мин.			
3	Автоматты биохимиялық. Фотометриялық тесттер үшін 180 тест/сағ және ISE тестілері үшін 540 тест/сағ. Икемді орналасу параметрлері бар үлкен бөлім, үлгілердің 40-80 позициясы және реагенттердің 40-80 позициясы. Толық қан анализі, судың сапасын және көпіршіктердің бар болуын бақылау арқылы HbA1c тестілеу функциясы. Суды аз тұтыну: 2.4 литрден аз. Реакцияның минималды көлемі: 100 микролитр. Шағын дизайн, кез-келген зертханаға орналастыруға болады. Тестінің түрлері колориметрия, турбидиметрия.	дана	1	4 910 000,00
4	Автоматты гематологиялық анализатор. 5-diff анализаторы: есеп үшін 24 параметр, 10 зерттеу параметрлері, 4 гистограмма және 1 скаттерграмма . Жасушаларды бояу технологиясымен біріктірілген ағынды цитометрия технологиясы. Жаңа алынған және алдын ала сұйылтылған қанды зерттеу мүмкіндігі. Сынамаларды автоматты түрде беру, пробиркалардың 4 түрі үшін шұғыл сынаманың бар болуы. Үлгіні зерттеудің жоғары жылдамдығы. Ашық реагенттік жүйе. Гемоглобинді анықтаудың цианидсіз әдісі. Өнімділік: сағатына 60 үлгі. 100 000 нәтижеге арналған жады. ДАЖ қосылу мүмкіндігі. Ыңғайлы пайдаланушы интерфейсі бар сыртқы компьютер. Өлшеу принципі: жасушалардың химиялық бояуы бар ағынды цитометрия технологиясы. CBC режиміндегі үлгінің көлемі, артық емес: тұтас қан - 10 мкл; Алдын ала араластыру режимі-40 мкл. CBC+DIFF режиміндегі үлгінің көлемі, артық емес: тұтас қан - 20мкл; тұтас қан-20мкл. Сынама алу режимі: қолмен және автоматты. Конвейердің сыйымдылығы 50 үлгіден кем емес. Жады, кем дегенде 100 000 пациент нәтижелері, оның ішінде скатерограммалар, гистограммалар және пациенттер туралы ақпарат. Қан араластыру принципі-үлгіні автоматты түрде араластыру. Дозалау жүйесі-үлгінің белгілі бір мөлшерін алу үшін жоғары дәлдіктегі клапандарды пайдалану. Сынама бергіштің жұмысы-үлгілерді үздіксіз автоматты түрде беру. Жедел талдау жүргізудің бар болуы. 3 тәуелсіз арнаға негізделген лейкоциттерді санауды автоматты бақылау. Сыртқы принтер. Анализаторды сыртқы компьютердің көмегімен басқару.	дана	1	5 000 000,00

5	Бу стерилизаторы жартылай автоматты. Камера көлемі, л 75. Стерилизатор тұтынатын қуат, кВт, 6,5 артық емес. Салмағы, кг, 93-тен аспайды. Стерилизатордың габариттік өлшемдері (ЕхТхБ) мм 790х550х1096. Жұмыс камерасының ішкі өлшемдері, (Диам.хТ) мм 400х661. Бу генераторындағы және стерилдеу камерасындағы жұмыс қысымы, Мпа. 0,27 артық емес. Алдын ала орнатылған стерилдеу режимдері. 132С - 20 мин. 120С-45 мин. Стерилизаторды қыздыру уақыты. артық емес, мин 30.	дана	1	2 420 000,00
---	---	------	---	--------------

Жеткізу орны: Индекс 110000, Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен бастап күнтізбелік 30 күн.

Жеткізу шарты: DDP

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі: Индекс 110000, Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй бухгалтерия кабинеті, 2021 жыл 26 мамыр 10 сағ.00 мин. дейін

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: 2021 жылы 26 мамыр 10 сағ. 30 мин. мына мекенжай бойынша: Қостанай қ., Амангельды көш., 134 үй бас дәрігердің кабинеті.

Әр әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Бас дәрігер

М.С. Кузембаев

Келісілді:

Бас бухгалтер

Дәрігер - лаборант



И.Е.Валиева

И.Е.Валиева

Ю.В. Феофилактова

Ю.В. Феофилактова

М.С. Кузембаев

И.Е.Валиева